


CJDハイリスク手技に使用される軟性内視鏡滅菌

研究分担者: 聖マリアンナ医科大学脳神経外科 太組一朗



(某添付文書の図から)

神経内視鏡を1N-NaOHに浸漬あるいは還流する方法は、医療現場では現実的ではない。

解 説

1. CJDハイリスク手技に使用される軟性内視鏡は、オートクレーブ滅菌・WD滅菌ができない。
2. 添付文書に記載される滅菌条件が医療現場で参考にされる。
3. 滅菌条件は最新ガイドラインに準拠した方法が望ましい。